

Före induktion

- Patientens NAMN, ägarens INFORMERADE SAMTYCKE och INGREPPE bekräftade
- VENKANYL rätt placerad och inte tilltäppt
- LUFTVÄGSUTRUSTNING tillgänglig och fungerande
- KUFFARNA på endotrakealtuben kontrollerade
- ANESTESIAPPARATEN kontrollerad idag
- Tillräckligt med SYRGAS för det föreslagna ingreppet
- ANDNINGSSYSTEM anslutet, fritt från läckage och bernerventilen (APL ventil) ÖPPEN
- En utsedd person för att ÖVERVAKA patienten
- RISKERNA är identifierade och KOMMUNICERADE
- AKUTBEHANDLING FÖR NÖDFALL tillgänglig

Före ingreppet

- Patientens NAMN och INGREPPE bekräftade
- Planerat ANESTESIDJUP är lämpligt för ingreppet
- SÄKERHETSASPEKTER har kommunicerats

Uppvak

- SÄKERHETSASPEKTER har kommunicerats
Luftvägar, andning, cirkulation (vätskebalans), kroppstemperatur, smärta
- BEDÖMNINGS- och INTERVENTIONSPLAN bekräftad
- SMÄRTLINDRINGSPLAN bekräftad
- En utsedd person för att ÖVERVAKA patienten

Före anestesi

- ★ Har något signifikant identifierats i anamnesen eller vid den kliniska undersökningen?
- ★ Finns det några anomalier som motiverar ytterligare undersökning?
- ★ Kan några anomalier stabiliseras före anestesi?
- ★ Vilka komplikationer kan förväntas under anestesi?
- ★ Hur kan dessa komplikationer hanteras?
- ★ Skulle patienten ha nytta av premedicinering?
- ★ Hur kommer smärta i samband med ingreppet att hanteras?
- ★ Hur kommer anestesi att induceras och bibehållas?
- ★ Hur kommer patienten att övervakas?
- ★ Hur kommer patientens kroppstemperatur att bibehållas?
- ★ Hur kommer patienten att hanteras i den post-anestetiska perioden?
- ★ Finns den infrastruktur, personal och läkemedel som krävs tillgänglig?

Anestesiapparat

- PRIMÄR SYRGAS-källa kontrollerad
- RESERV-SYRGAS tillgänglig
- SYRGASLARM fungerar (om det finns)
- FLÖDESMÄTARNA fungerar
- FÖRGASARE (VAPORIZER) fastsatt och full
- Anestesiapparatens LÄCKAGETEST är utfört och godkänt
- EVAKUERING kontrollerad
- Tillgänglig MONITORERINGS- utrustning fungerar
- AKUT-utrustning och -läkemedel kontrollerade

Läkemedel och utrustning

- Endotrakealtuber med kontrollerade kuffar
- Luftvägshjälpmiddel (t.ex. laryngoskop, urinkateter, lidokainspray, sug, ledare/mandräng)
- Andningsblåsa
- Epinefrin/adrenalin
- Atropin
- Antagonister/blockerare (t.ex. atipamezol, naloxon/butorfanol)
- Venkanyler
- Isoton kristalloid lösning
- Vätskeadministrering-set

Läkemedelsdiagram och CPR-algoritm (<http://www.acvecc-recover.org/>)